



UNIVERZITET U SARAJEVU
INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU

UNIVERSITY OF SARAJEVO
INSTITUTE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY

B&H ♦ 71000 Sarajevo ♦ Zmaja od Bosne 8 Kampus ♦ Tel: +387(0)33 220-926 & 215-778
♦ Fax: +387(0)33 442-891 ♦ E-mail: ingeb@ingeb.unsa.ba ♦ WEB: www.ingeb.unsa.ba

Broj: 248/20
Sarajevo, 22.05.2020. godine

Na osnovu člana 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) – u daljem tekstu: ZJN, a postupajući po žalbi na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 179-2/20 od 08.05.2020. godine, direktor Ugovornog organa Univerzitet u Sarajevu-Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju d o n o s i:

R J E Š E N J E

I

Žalba ponuđača „MIKRO+POLO“ d.o.o. Sarajevo, broj: 05-69-1.1ŽA/20 od 19.05.2020. godine na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku nabavke Aparata za detekciju i analizu“ LOT 1 PCR aparat sa gradijent blokom je pravovremena, dopuštena i uložena od ovlaštene osobe.

II

Ugovorni organ je utvrdio da je žalba ponuđača iz tačke I ovog Rješenja u cjelosti osnovana.

III

Stavlja se van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 179-2/20 od 08.05.2020. godine u dijelu koji se odnosi na lot 1 i poništava se postupak javne nabavke za lot 1.

IV

Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja i o istom će se obavijestiti svi učesnici u postupku. Rješenje će se objaviti na web stranici Ugovornog organa.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za javnu nabavku Aparata za detekciju i analizu (13-3/2020 od 05.05.2020) i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (179-2/2020 od 08.05.2020) dostavljenih 11.05.2020. godine svim učesnicima u predmetnom postupku, ponuđač „Mikro+Polo“ d.o.o. Sarajevo je u zakonskom roku tj. u trajanju roka za žalbu, u skladu sa članom 11, stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/) tražio uvid u ponudu odabranog ponuđača za Lot 1 što mu je u također zakonom propisanom roku i omogućeno. Ponuđač Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo je na osnovu uvida u ponudu odabranog ponuđača Lab Unica d.o.o. Sarajevo konstatovao da dostavljena autorizacija izabranog ponuđača nije za područje Bosne i Hercegovine nego za područje Srbije. Zbog toga je Ugovornom organu uložio Žalbu (05-69-1.1ŽA/20 od 19.05.2020) zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Ugovorni organ je žalbu zaprimio 19.05.2020 (P-69) i podnosiocu žalbe izdao potvrdu o prijemu iste.

Na osnovu zaprimljene žalbe i po utvrđivanju da je ista pravovremena, dopuštena, uložena od ovlaštene osobe i u cjelosti osnovana, Ugovorni organ je uvidom u ponude svih ponuđača za lot 1 u predmetnom postupku javne nabavke utvrdio da niti jedna od dostavljenih ponuda nije prihvatljiva

jer niti jedan ponuđač nije dostavio dokaz da ponuda ispunjava traženu tehničku specifikaciju u smislu da za ponuđeni aparat ili nije navedeno da podržava „touchdown“ opciju ili nije specificirano „hold“ vrijeme što je traženo tenderskom dokumentacijom.

Zbog gore navednog doneseno je Rješenje kao u dispozitivu.

Pravna pouka:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba URŽ-u, putem Ugovornog organa, u roku od pet dana od dana prijema Rješenja.

Dostaviti:

- „Mikro+Polo“ d.o.o. Sarajevo
- „Emgen“ d.o.o. Sarajevo
- „Eurolab“ d.o.o. Bijeljina
- „Analitika“ d.o.o. Sarajevo
- „Lab Unica“ d.o.o. Sarajevo
- „Alphachrom“ d.o.o. Sarajevo
- „Biosistemi“ d.o.o. Sarajevo
- Evidencija Komisije za JN
- arhivi



Rukovodilac Ugovornog organa:

Dr. sc. Nariš Pojskić,
Naučni savjetnik